

裕利股份有限公司 函

聯絡地址：台北市南京東路四段126號10樓之1至之3

聯絡人員：劉小姐

聯絡電話：02-25700064 分機：23323

聯絡傳真：02-25798587

電子信箱：haorder@zuelligpharma.com

受文者：天主教中華聖母修女會醫療財團法人*

發文日期：中華民國110年11月29日


發文字號：110 裕字-第001545號

主旨：本公司銷售台灣百靈佳殷格翰股份有限公司之產品「Spiolto Respimat, Solution for Inhalation(適倍樂舒沛噴吸入劑)」(衛部藥輸字第026735號)、「Spiriva Respimat 2.5mcg, Solution for Inhalation(適喘樂舒沛噴吸入劑2.5微公克4毫升)」(衛署藥輸字第025033號)及「Striverdi Respimat 2.5 microgram Solution for Inhalation(適維樂舒沛噴吸入劑2.5微公克)」(衛部藥輸字第026292號)包裝變更事宜，如說明段。

說明：

- 一、本公司銷售台灣百靈佳殷格翰股份有限公司之產品「Spiolto Respimat, Solution for Inhalation(適倍樂舒沛噴吸入劑)」(衛部藥輸字第026735號)、「Spiriva Respimat 2.5mcg, Solution for Inhalation(適喘樂舒沛噴吸入劑2.5微公克4毫升)」(衛署藥輸字第025033號)及「Striverdi Respimat 2.5 microgram Solution for Inhalation(適維樂舒沛噴吸入劑2.5微公克)」(衛部藥輸字第026292號)承蒙 貴院採用，特此致謝。
- 二、接獲原廠通知，上述產品原使用金屬穿刺裝置，更新後的舒沛噴吸入劑使用一體成型的塑膠穿刺裝置(如附件)，此變更並不會影響產品療效、安全、品質及性能，且經TFDA核准，自以下批號起包裝變更，
 1. Spiolto Respimat, Solution for Inhalation：006879
 2. Spiriva Respimat 2.5mcg, Solution for Inhalation：004272
 3. Striverdi Respimat 2.5 microgram Solution for Inhalation：006952
- 三、特此通知，造成不便之處，懇請見諒，並請繼續支持本公司為禱。

附件：原廠公文。



裕利股份有限公司

負責人：許得明



台灣百靈佳殷格翰股份有限公司 函

地 址：台北市民生東路三段2號12樓
承辦人：黃楚琄
電 話：02-2503-2636

受文者：裕利股份有限公司、吉程股份有限公司

發文日期：中華民國110年11月18日

發文字號：(110)百總字第210號


附 件：

請貴公司函轉 SPIOLTO® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適倍樂® 舒沛噴® 吸入劑)、SPIRIVA® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適喘樂® 舒沛噴® 吸入劑)、STRIVERDI® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適維樂® 舒沛噴® 吸入劑)使用單位為荷，行文內容如下：

主旨：有關 SPIOLTO® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適倍樂® 舒沛噴® 吸入劑)、SPIRIVA® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適喘樂® 舒沛噴® 吸入劑)、STRIVERDI® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適維樂® 舒沛噴® 吸入劑)之底部穿刺裝置變更，說明如下，請查照！

說明：

- 一、承蒙貴院支持與採購 SPIOLTO® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適倍樂® 舒沛噴® 吸入劑)、SPIRIVA® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適喘樂® 舒沛噴® 吸入劑)、STRIVERDI® RESPIMAT® Solution for Inhalation (即 適維樂® 舒沛噴® 吸入劑)，以下簡稱為『本系列產品』，謹此至上十二萬分謝意。
- 二、本系列產品原使用金屬穿刺裝置，更新後的舒沛噴吸入劑使用一體成型的塑膠穿刺裝置(如下比較圖)，此變更並不會影響產品療效、安全、品質及性能，且經TFDA核准。(TFDA核准時間: SPIRIVA® RESPIMAT® 109年7月、SPIOLTO® RESPIMAT® 109年9月、STRIVERDI® RESPIMAT® 109年10月)
- 三、本系列產品底部穿刺裝置變更，SPIRIVA® RESPIMAT®首批批號為004272，SPIOLTO® RESPIMAT® 首批批號為006879，STRIVERDI® RESPIMAT®首批批號為006952，將於即日起陸續開始供應至貴院使用。



變更前後底部外觀比較



四、敬請 貴院諒解因底部穿刺裝置變更所造成的不便，前述說明若有其他疑問與意見，尚請不吝來電賜教。

敬祝醫安！

內文至此

敬祝商祈

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司
代表人：邱建誌

